

放射性物質濃度測定結果報告書 給食完成品 令和6年6月

No.	区 分	内 容 ・説 明			献 立		
1	給食完成品	6月25日提供の学校給食 (一食分)			ご飯		
					鶏肉と大豆の揚げ煮		
					わかめの五目あえ		
					めかぶのかきたま汁		
					牛乳		
検査結果		不検出	内訳	セシウム137	不検出	セシウム134	不検出
				検出下限値	6.96Bq/kg	検出下限値	6.29Bq/kg
				測 定 日		R6.6.26	

※ 不検出とは、放射性物質が存在しない、又は各々の検出下限値未満であることを示します。

【国の定める食品中の放射性物質の基準値】

放射性セシウム:一般食品 100Bq/kg、乳児用食品 50Bq/kg、牛乳 50Bq/kg、飲料水 10Bq/kg
--

検査機器	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ	ATOMTEX社 AT1320C
------	-------------------------	------------------

検査方法	厚生労働省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠
------	-------------------------------

お問い合わせ先:陸前高田市立学校給食センター 電話 0192-55-2073 Fax 0192-55-4800